

## Testo 905-T2 lämpömittari

---

Mittausarvojen helppo lukeminen kääntyvän näytön ansiosta

---

Laaja mittausalue

---

Korkean lämpötilan mittaus, lyhytaikainen jopa +500 °C

---

Erittäin nopea reaktioaika

---

Helppo käyttää

---

Suuri näyttö

---

Automaattinen sammutustoiminto

---



Testo 905-T2 on pintalämpömittari, jonka mittausalue on laaja -50 - +350 °C, lyhyellä aikavälillä jopa +500 °C (1 - 2 minuuttia). Jousitettu, leveä termoparimittauspää takaa erittäin nopean reaktioajan ja suuren tarkkuuden, koska se pystyy mukautumaan karkeisiin pintoihin.

Mittarissa on pyörivä näyttö, jonka avulla mittausarvot voidaan lukea optimaalisesti eri näkökulmista.

## Tekniset tiedot / Lisävarusteet

### testo 905-T2

testo 905-T2: surface thermometer with cross-band probe, extremely fast response time, high accuracy, incl. attachment clip and battery

Part no. 0560 9056



#### Tekniset tiedot

|                       | testo 905-T2                           |  |
|-----------------------|--|--|
| Mittaus alue          | -50 to +350 °C (Lyhytaikainen +500 °C) |  |
| Tarkkuus<br>±1 digit  | ±(1 °C ±1% of mv)                      |  |
| Resoluutio            | 0.1 °C                                 |  |
| Käyttö lämpötila      | 0 to +40 °C                            |  |
| Varastointi lämpötila | -20 to +70 °C                          |  |
| Paristot              | 3 AAA                                  |  |
| Pariston kesto        | 1000 h                                 |  |
| Reaktioaika           | 5 s                                    |  |
| Reaktio tyyppi        | $t_{90}$                               |  |
| Näyttö                | LCD, 1 line                            |  |
| Paino                 | 80 g                                   |  |
| Takuu                 | 2 vuotta                               |  |

#### Tarvikkeet

#### Part no.

#### Mittauslaitteen tarvikkeet testo 905-T2

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| ISO-kalibrointitodistus/lämpötilan yhden pisteen kalibrointi pintalämpömittarille; kalibrointipiste +120°C              | 0520 0073 |  |
| ISO-kalibrointitodistus/lämpötilan yhden pisteen kalibrointi pintalämpömittarille; kalibrointipiste +60°C               | 0520 0072 |  |
| ISO-kalibrointitodistus/lämpötilamittaukset. instr. pinta-anturin kanssa; kalibrointipisteet +60°C; +120 °C; +180°C     | 0520 0071 |  |
| ISO-kalibrointitodistus/lämpötilamittaukset. instrumentit pinta-anturilla; kalibrointipisteet valittavissa -15 - +480°C | 0520 0121 |  |



makes it easier to be professional